

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» - із змінами

1. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ** (далі – Замовник)
2. Місцезнаходження замовника: **49005, Україна , Дніпропетровська обл., Дніпро, ПЛОЩА СОБОРНА, 14**
3. Ідентифікаційний код замовника: **01985423**
4. Категорія замовника: **Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади**
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії, Реабілітаційний комплекс згідно медико-технічних вимог, НК 024:2023 код 30908 – Пристрій для тренування координації реабілітаційний (НК 031:2024 код Z120602 -Обладнання для фізіотерапії); Система безперервного пасивного руху суглобів пальців рук згідно медико-технічних вимог, НК 024:2023 код 17137-Тренажер для тривалого пасивного розроблення кістей рук / променезап'ястного суглоба (НК 031:2024 код Z120603 Обладнання для пасивної реабілітаційної гімнастики); Дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне згідно медико-технічних вимог, НК 024:2023 код 12552 - Дзеркало для контролювання постави (НК 031:2024 код Z120602 -Обладнання для фізіотерапії)(далі - Закупівля)**
6. Ідентифікатор річного плану закупівлі: [**UA-P-2026-08-05-008083-a**](#)
7. Ідентифікатор закупівлі: **UA-2026-08-05-009141-a**
8. Очікувана вартість предмета закупівлі: **568 455,33грн.(П'ятсот тридцять вісім тисяч сто сорок вісім гривень 33 копійки) з ПДВ**
9. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: **Закупівля проводиться на додатково виділені кошти з місцевого (обласного) бюджету згідно довідки ДОЗ ОДА №1/287/0/197-26 від 01.04.2026р 482550,00грн та надходження від НСЗУ та власних коштів 85905,33 грн.**
10. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **Під час визначення очікуваної вартості Закупівлі Замовник керувався примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 (далі – Методика). Відповідно до Методики**

використовувалась інформація щодо цін на аналогічні/ідентичні товари, яка міститься у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro" тощо.

11. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування предмета закупівлі	Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі
1.	Реабілітаційний комплекс згідно медико-технічних вимог 	До Реабілітаційного комплексу РК-1 (або еквівалент) повинна входити комплектація: 1.Тренажер маятниковий для верхніх кінцівок кистьовий ТМК-1 (або еквівалент); 2.Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок маховий ТРВМ-1(або еквівалент); 3.Тренажер ротаційний для нижніх кінцівок підлоговий ТРНП-1(або еквівалент); 4.Тренажер ротаційний для нижніх кінцівок гомілковостопний ТРНГ-1(або еквівалент); 5.Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок настінний ТРВН-1(або еквівалент); 6.Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок кистьовий ТРВК-1(або еквівалент).
		Реабілітаційний комплекс призначений для відновлення рухових функцій верхніх та нижніх кінцівок; реабілітації після травм; при захворюваннях нервової системи, опорно-рухового апарату у ревматологічних і кардіологічних хворих; після протезування. На реабілітаційному комплексі можуть одночасно займатися до 4-х пацієнтів.
		Габаритні розміри: Ширина x Довжина x Висота, мм* не більше : 850*760*1810
		Максимальна вага пацієнта не більше (кг) 80
		Каркас реабілітаційного комплексу являє собою зварну конструкцію з вузлово-розбірними елементами, за рахунок болтових з'єднань, і виготовлений зі сталевих профільних труб квадратного перерізу з товщиною стінки 2мм та листового металу захищеного антикорозійним покриттям (порошкова фарба).
		На каркасі реабілітаційного комплексу закріплені не менше двох металевих полиць, на яких можна розміщувати тренажери
		Гарантійний строк експлуатації реабілітаційного комплексу – не

		менше ніж 1 рік з дня придбання користувачем.
		Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – не менше ніж 2 роки від дати виготовлення.
2.	Система безперервного пасивного руху суглобів пальців рук згідно медико-технічних вимог 	Система безперервного пасивного руху суглобів пальців рук TP-E2 (або еквівалент)
		Призначений для лікування та реабілітації пацієнтів з різними ушкодженнями м'язів та суглобів пальців рук, для зміцнення та відновлення їх м'язової сили
		Ручне керування пристроєм, дає можливість запрограмувати кожен рух, суглобів та м'язів руки в процесі реабілітації
		Тренажер має раму, виконану з корозійностійкого матеріалу, оснащену чотирма колесами, що само-орієнтуються, два з яких з гальмами, що дає можливість переміщення пристрою в приміщенні.
		Рама опори тренажера регулюється за висотою за допомогою дистанційного пульта, що дає можливість використовувати тренажер для різних категорій користувачів (як дорослих так і дітей), а також для реабілітації лежачих пацієнтів у палаті.
		Блок управління тренажера, обладнаний пультом дистанційного керування (контролер руки), що дає можливість тимчасово зупинити виконання вправ (зі збереженням даних), для зміни налаштувань під час тренування (за призначенням лікаря)
		Тренажер обладнано окремо винесеним блоком живлення, що підвищує його надійність у застосуванні.
		Тренажер має три режими керування: нормальний, кутовий і швидкісний.
		Габаритні розміри пристрою в складеному стані (Д×Ш×В) не більше, мм 1140*720*620
		Діапазон кута переміщення суглоба 0° - 270°
		Діапазон кутової швидкості руху 0.5° - 7.5° /с
		Маса не більше, кг: 30
		Електроживлення 220V, 50Hz
		Потужність ≤ 60W
		Гарантійний строк експлуатації не менше ніж 1 рік з дня придбання користувачем.
		Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – не менше ніж 2 роки від дати виготовлення.
	Дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне згідно медико-технічних вимог	Дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне ДРК-02КМ (або еквівалент)
		Пристрій призначений для спостереження геометрії тіла під час виконання людиною фізичних вправ.
		На поверхню дзеркала нанесено коригувальну сітку (спеціальні позначення) у вигляді вертикальних та горизонтальних ліній для відстеження правильної постави пацієнта та виконання правильних рухів.
		Рама дзеркала виготовлена із сталевих труб із закритим профілем, покрита порошковим покриттям.

	Рама дзеркала оснащена чотирма поворотними колесами, що полегшує пересування по підлозі в приміщенні.
	Кут нахилу дзеркала від 0° до 15°
	Габаритні розміри виробу , мм: довжина не менше 604 ширина не менше 765 висота не менше 1880
	Габаритні розміри дзеркала , мм: ширина не менше 700 висота не менше 1600
	Маса: не більше 45 кг
	Гарантійний строк експлуатації повинен бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.
	Гарантійний термін зберігання в пакуванні підприємства виробника – не менше ніж 24 місяці від дати виготовлення.
	Термін придатності до використання не менше 10 років.

№ п/п	Найменування предмета закупівлі	Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі
1.	Лазер хірургічний діодний у комплекті	Довжина хвилі робочого випромінювання 1470 нм
		Довжина хвилі лазера-пілота 520/660 нм
		Вихідна потужність лазерного випромінювання в режимах «НОРМА» та «ІМПУЛЬС» від 1,0 Вт до 12,0 Вт
		Вихідна потужність лазерного випромінювання в режимах «ПЕРІОД» від 1,0 Вт до 10,0 Вт
		Вихідна потужність лазера-пілота від 0,5 до 5,0 мВт
		Час випромінювання (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 10) сек ± 10 % безперервне в режимі «НОРМА»
		Сумарна контрольована доза випромінювання (0...99999,99) Дж
		Споживана потужність не більше 600 Вт

		Оптична щільність окулярів лазерних захисних не менше 4 Бел
		Габаритні розміри лазерно-оптичного модуля не більше 280×390×170 мм
		Габаритні розміри виносної педалі для включення високоінтенсивного випромінювання не більше 140×130×135 мм
		Маса апарату (брутто) не більше 9 кг
		Довжина кабелю виносної педалі не більше 2500 мм
		Довжина мережевого шнура не менше 1700 мм
		Комплектація: – лазерно-оптичний модуль 1470 нм 12,0 Вт – 1 шт.; – світловод SMA-905 (довжина гнучкої ділянки 2,5м, діаметр волокна 600 мкм) – 3 шт.; – <i>насадки периферичні – 3 шт.;</i> – окуляри лазерні захисні (для лікаря) – 1 шт.; – окуляри лазерні захисні (для пацієнта) – 1 шт.; – різак для світловодів – 1 шт.; – стрипер для світловодів – 1 шт.; – педаль – 1 шт.; – знімний ключ – 2 шт.; - інструкція з експлуатації – 1 шт
2	Інфільтраційний насос у комплекті	Можливість використання приладу для венозного лікування
		Об'єм переміщеної рідини не менше 12 л/год., або не менше 208 мл./хв
		Клас захисту приладу Class II
		Розміри приладу не більше 260*250*120 мм
		Вага приладу не більше 2,5 кг
		Максимальний тиск рідини не більше 2 бар
		Захист від вологи не гірше IPX 8
		Наявність інтегрованого перистальтичного насосу
		Наявність Varіo педалі для плавного регулювання
		Наявність в комплектації тримача для ємності для рідини
		Наявність зручної системи доступу до перистальтичного насосу
		Наявність кнопки на блоці управління для зручності доступу до

		перистальтичного насосу
		Наявність на блоці управління регулятора для регулювання кількості подачі рідини
		Наявність індикатора живлення на панелі блоку управління
		Комплектація: блок управління з педаллю Vario – 1 шт тримача для ємності для рідини – 1 шт системи для рідини, не менше 10 шт. інструкція з експлуатації – 1 шт

Запропонований Учасником медичний виріб повинен бути зареєстрованим в Україні у встановленому законодавством порядку. На підтвердження, у складі тендерної пропозиції, надати Замовнику завірену(і) належним чином копію(ї) чинного(их) (на дату його(їх) подання) документу(ів), який(і) підтверджує(ють) відповідність предмету закупівлі вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів з додатками* (при наявності). В наданому(их) документі(ах) бажано виділити кольором позиції, які пропонуються Учасником.

* - допускається надання тільки тих сторінок додатку(ів), які підтверджують відповідність медичних виробів, які пропонуються Учасником.

У складі тендерної пропозиції надати заповнені та завірені належним чином медико-технічні вимоги до предмета закупівлі. Відповідність наведеним вимогам повинна бути підтверджена документально – інструкцією(ями) та/або паспортом(ами) та/або витягом(ами) з інструкції(й) та/або каталогом(ами) та/або сертифікатом(ами) якості та/або іншим(и) документом(ами), який(і) підтверджує(ють) відповідність медико-технічним вимогам. Всі надані для підтвердження медико-технічних вимог документи повинні бути викладені українською мовою.

З метою запобігання закупівлі фальсифікату та отримання гарантій на своєчасне постачання товару, у кількості, якості та у строках визначені тендерною документацією, учасник у складі тендерної пропозиції надає скан-копію з оригіналу листа від виробника (або його офіційного чи уповноваженого представника чи дистриб'ютора), яким підтверджується можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника.

УВАГА !!

Лист від виробника (або його офіційного чи уповноваженого представника чи дистриб'ютора) повинен зокрема містити:

- найменування Учасника – зазначається найменування Учасника процедури закупівлі,
- найменування Замовника – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,
- ідентифікатор закупівлі – UA-xxxx-xx-xx-xxxxxx-x.

Товар запропонований Учасником повинен бути новим, таким що не був у вжитку, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб. Рік виготовлення не раніше 2025р. При постачанні товар повинен супроводжуватися документами передбаченими чинним законодавством України.

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу.

№ з/п	Код ДК 021: 2015	Код та назва НК 024: 2023	Код та назва НК 031:2024	Найменування предмету закупівлі	Один. виміру	Кількість
1	2	3	4	5	6	7
1	33155000-1	30908 – Пристрій для тренування координації реабілітаційний	Z120602 - Обладнання для фізіотерапії	Реабілітаційний комплекс згідно медико-технічних вимог	шт	1
2	33155000-1	17137-Тренажер для тривалого посивного розроблення кістей рук / променезап'ястного суглоба	Z120603 Обладнання для пасивної реабілітаційної гімнастики	Система безперервного пасивного руху суглобів пальців рук згідно медико-технічних вимог	шт	1
3	33155000-1	12552 - Дзеркало для контролювання постави	Z120602 Обладнання для фізіотерапії	Дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне згідно медико-технічних вимог	шт	1